neodisher endo® CLEAN

Esnek endoskoların makinalarda veya manuel olarak temizliği için deterjan

Konsantre sıvı

Uygulama alanları:

- Esnek endoskopların ve endoskopik aksesuarların endoskop yıkama makinalarında temizliği
- Esnek endoskopların ve endoskopik aksesuarların daldırma ve ultrasonik banyolarda manuel temizliği

Performans:

- neodisher endo CLEAN etkili bir şekildeorganik artıkları çözer ve tekrar birikmesini önler
- Kurumuş kan artıklarını ve denatüre kanı güvenilir bir şekilde temizler
- Biofilm'lerin temizliğini destekler
- Creutzfeldt-Jakob Hastalığının(vCJD) yeni varyantının taşınma riskinin minimize edilmesi için Robert Koch Enstitüsünün (RKI) medikal ürünlerin temizliği hakkında verdiği tavsiyelerin tamamını karşılar
- Anodize aluminyumun uyumluluğu öncelikle test edilmelidir

Özgün özellikler:

- Alkali, enzimler ve sürfaktanlar esaslı eşsiz formülü sayesinde mükemmel temizlik
- Düşük sıcaklıklarda bile etkili
- Düşük köpüklü formülasyon- bu sayede köpük gelişimi nedeniyle temizleme etkinliği engellenmez
- Mükemmel materyal uyumluluğu; tüm lider üreticilerin endoskoskoplarıyla uyumlu
- neodisher endo CLEAN ile makinada temizlikten önce ön temizlik yapılmışsa kullanılan deterjanın durulanmasına gerek yoktur

Uygulama ve dozaj:

- En iyi temizlik performansına ulaşmak için aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır:

Esnek endoskopların makinada temizliği	2-10 ml/lt (% 0,2 - 1), 40 - 60°C, 10 dk
Termal olarak kararlı endoskopik aksesuarların makinada temizliği	5 ml/lt (% 0,5), 35 - 55°C, 3 - 10 dk
Manuel temizlik	5 - 10 ml/lt (% 0,5 - 1), maks. 40 °C, 5 - 10 dk

Temizleme performansı, yerinde bir doğrulama ile doğrulanmalıdır.

- Manuel temizlikte ve termal olarak kararlı aksesuarların makinalarda temizliğinde dozaj kirlilik seviyesine göre olmalıdır.
- Su lekelerini önlemek için son durulamada deiyonize su kullanımı tavsiye edilir.
- Manuel temizlikte kullanılan solüsyon günlük olarak veya görsel olarak kirli ise hemen değiştirilmelidir.
- neodisher endo CLEAN ve neodisher endo SEPT GA veya neodisher endo SEPT PAC birbirleriyle uyumludur. neodisher endo CLEAN solüsyonun dezenfeksiyon aşamasında taşınması neodisher endo SEPT GA veya neodisher endo SEPT PAC'nin dezenfeksiyon performansını olumsuz etkilemez.
- Uygun dozlama ekipmanları ve yardımcıları kullanılmalıdır.

neodisher endo® CLEAN

Notlar:

- Sadece profesyonel kullanım için.
- neodisher endo CLEAN solüsyon tamamen durulanmalıdır (tercihen deiyonize su ile).
- Ürün değişiminden önce emme hortumu dahil dozlama sistemi su ile durulanmalıdır.
- Yeniden işleme, tıbbi cihazlarla ilgili düzenlemelerin tüm yönetmeliklerine uygun olmalı ve süreçler uygun valide edilmiş olarak yapılmalıdır.
- Lütfen tıbbi cihaz üreticilerinin DIN EN ISO 17664 standartına göre verdikleri tavsiyelere uyarak yeniden işlemeye dikkat edin.
- Yıkayıcı dezenfektörün üreticisinin verdiği tavsiyeler dikkate alınmalıdır.
- Başka ürünlerle karıştırmayın.

Teknik veriler:

pH-aralığı	10,8 – 11,2 (2 - 10 ml/lt, deiyonize suda, 20°C) pH-değeri şebeke suyunda veya yumuşatılmış suda veya taşınan ön durulama suda farklılık gösterebilir.
Viskozite	< 10 mPa s (konsantre, 20°C)
Density	yaklaşık 1,1 gr/cm^3 (20°C)
Titrasyon faktörü	0,76 (özel neodisher endo CLEAN titrasyon talimatlarına göre)

İçeriği:

Deterjanlar yönetmeliği (EC) No 648/2004'e göre içeriği:
% < 5 iyonik olmayan sürfaktanlar, enzimler

CE-işareti: CE MD

neodisher endo CLEAN medikal ürünlerle ilgili Avrupa direktifine uygundur.

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bunu üretici ve ilgili ulusal makama bildirin.

Depolama bilgisi:

Serin fakat donmayacak şekilde depolayın. Güneş ışığından koruyun.

Daima 0°C - 25°C aralığında depolayın.

Tavsiyelere uygun olarak depolandığında kullanım süresi 2 yıldır. Son kullanım tarihi etiketteki kum saati sembolünün yanındadır..

Tehlike ve ihtiyati durumlar:

neodisher endo CLEAN (CLP-Düzenleme EC) No 1272/2008'e göre tehlikeli değildir.

Bidon sadece boş ve ağzı kapalı iken atın. Ürün kalıntılarının bertarafı için Güvenlik Veri Formuna bakın.

Güvenlik bilgileri için Güvenlik Veri Formuna bakın.
Bu form www.drweigert.com adresindeki “Service/Downloads” bölümündedir.

MB 4074/3-6 07/2021

Mevcut bilgilerimize uygun olan yukarıdaki bilgilerle, ürünümüzü olası güvenlik gerekliliklerine ilişkin olarak açıklıyoruz, ancak herhangi bir kalite tanımı veya belli özelliklerin vaadini içermiyoruz.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.com
www. drweigert.com